



STAVKA	PLANIRANA TEHNIČKA OPREMA	KOM. UKUPNO	POSTOJEĆA OPREMA
1	Zračni tuš (Air shower)	2	
2	Autoklav s generatorom pare - 1345 l	1	
6	CO2 inkubator za stanice	1	
7	CO2 komora	1	1
9	Hladnjak (+4)	2	
10	Garderobni ormarić	34	
12	Blower (IVC Air Handling Units)	12	
15	Zamrzivač (-20)	2	
16	Inox kolica	16	4
17	Inox polica	35	
19	Inox stol (120x75 cm)	6	
20	Inox stol (150x75 cm)	6	
21	Inox umivaonik	6	
25	Jedinica za odlaganje priljeve stelje	2	1
26	Jedinica za pražnjenje bočica	1	
27	Jedinica za punjenje bočica čistom vodom	1	
28	Kemijski digester	1	
29	Kolica s ladicama za transport bočica	4	
30	Kombinirani hladnjak	1	1
31	Laboratorijska stolica	13	
32	Laminar flow hood	1	
36	Manja jedinica za presačivanje životinja	5	
39	Mobilni aparat za dezinfekciju prostora (H2O2 - vodikov peroksid)	1	
40	Mobilni spremnik za stelju i hranu	10	2
42	Zamrzivač (-80)	1	
43	Operacijski stol s električnim hidrauličkim podizanjem i namještanjem radne visine	1	
45	Ormar (dvokrilni) (100x40 cm)	4	
47	Perilica bočica	1	
48	Perilica kaveza	1	
49	Perilica rublja	1	
51	Radni stol (150x80 cm)	1	
52	Samostojeći kabinet	2	
53	Samoventilirajući kavez (126) s nosačem (IVC)	9	
54	Samoventilirajući kavez (36) s nosačem (IVC)	11	
61	Stalak za metaboličke kaveze	1	
64	Stropno UV svjetlo	2	
66	Sušilica	1	
68	Sustav za pročišćavanje i acidifikaciju vode za piće	1	
71	Veća jedinica za presačivanje životinja	4	1
72	Viseći ormarić + polica (iznad stola)	16	
75	Inox stol (180x75 cm)	2	

Legenda:

- Omekšana voda
- Demineralizirana voda
- Voda (iz vodovoda)
- Struja
- Ventilacija

- NAPOMENE:
- Potrebni priključci opreme na razvod elektroinstalacija definirani su glavnim projektom elektroinstalacija jake i slabe struje (VOLT-ING d.o.o.).
 - Potrebni priključci opreme na sustav ventilacije kao i sustav za obradu vode za potrebe opreme definirani su u prvom djelu ovog projekta
 - Zahvati na cjevovodu dovoda vode i odvodnje, te priključci vodovodne i tehnološke vode za opremu, definirani su ovim projektom (nacrti 13. i 15.).
 - Prije izvođenja radova potrebno je provjeriti definitivnu poziciju opreme kao i tehnološke zahtjeve za priključcima i njihove mikrolokacije.
 - Mikrolokacije priključaka prilagoditi isporučenoj (odabranoj) opremi.

roterm d.o.o. TEHNIČKE SAVJETODAVNE USLUGE, VOĐENJE PROJEKTA PROJEKTIRANJE, NADZOR, ENERGETSKI PREGLEDI, STUDIJE		Projektant Design engineer Rodoljub Vidović, mag.ing.nav.mech.	Hrvatska konfederacija inženjera strojarstva Rodoljub Vidović mag.ing.nav.mech. Ovlašten inženjer strojarstva
Suradnici u timu Prepared by Daniel Stričević, ing.grad.		Glavni projektant Project manager Petra Ivišević Brzujica, d.i.a.	Investitor / Investor SVEUČILIŠTE U SPLITU Livanjska 5, 21 000 Split
Zaj. oznaka projekta NASTAMBA	Gradjevina / Object Medicinski fakultet u Splitu - Novoizgrađena nastamba za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu		
Razina / vrsta projekta GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I CNUS-a, VODOVODA I ODVODNJE	Oznaka T.D. 31/19-S Mjerilo Scale 1:50		
Sadržaj nacrta DISPOZICIJA OPREME SA PRIKLJUČCIMA (PODRUM 2)	Datum travanj, 2019.		List Sheet